



LABTECH®

LABTECH s.r.o., zkušební laboratoře č. 1147 akreditované ČIA

strana/celkem: 1/2

dle ČSN EN ISO/IEC 17025

Hygienická laboratoř Klatovy, Pod Nemocnicí 683, 339 01 Klatovy

001411

Protokol o akreditovaném odběru vzorku pitné vody č. K

Provozovatel	Obec Olešná , , Olešná čp. 104, 267 64 Olešná u Hořovic IČ : 00233676		
Kontakt	p.Hasmanová 724 178 166		
Zakázka číslo	0		
Druh vzorku	pitná voda		
Místo odběru	Olešná u Hořovic č.p. 71, MŠ, kuchyně		
Bod odběru			
Rozsah stanovení	Dodávaná voda teplota,barva (Pt),Zákal ZF,Pach,Chut',pH,Vodivost(25),NH4+,NO2-,NO3-,Cl-,F-,(SO4)2-,Cl2 volný, CN- celk,Bromičnany,chloritany,ClO3-,TOC,Ca,Mg,Al,Fe,Mn,Na,As,B,Cd,Cr,Cu,Hg,Ni,Pb,Sb,Se,U, tvrdost,kol 22°C,kol 36°C,koliformn.b.,E-coli,Enterokoky,Abioseston,živé org.,Počet org.,SUMA PAU,Benzo(b)fluoranten,Benzo(k)fluoranten,Benzo(a)pyren,Benzo(g,h,i)perlyen,Indenopyren,Suma CIU,Suma tri,tetraCleten,THM,Chloroform,1,2-DCA,TCE,CHCl2BR,CHClBr2,1122TTCE,CHBr3,BT Benzen,Toluen,Etylbenzen,Xylen,PL celk.,Acetochlor,acetochlor ESA,acetochlor OA,Alachlor, Desethylatrazin,Atrazin,Bentazone,Clopyralid,Dimethachlor,Dimethachlor ESA,Dimethachlor OA, Hexazinone,Chloridazon,Chloridazone desfenyl,Chlorotoluron,Isoproturon,Metazachlor, Metolachlor,Tebuconazole,Terbuthylazin desethyl,Terbutylazine		
Export PiVo	ano / ne		
Laboratorní číslo vzorku	12989		
Vzorkovací zařízení	výtokový kohout		
Vzorkovací postup	SAM 03: ČSN EN ISO 5667-1,ČSN EN ISO 5667-3,ČSN ISO 5667-5,ČSN EN ISO 5667-14, ČSN EN ISO 19458, Vyhl. MZd č.252/2004 Sb.		
Nejistota vzorkování	5 %		
Použité vzorkovnice	3×1l sklo, 1×500 ml sklo steril., 2×100 ml sklo, 1×100 ml plast, 2×20 ml spec. sklo		
Údaje o odběru	Datum odběru	Čas odběru	Osoba přítomná odběru (jméno, podpis)
	15.5.21	12:00	KALNA' <i>[signature]</i>
Terénní měření	Parametr	Výsledek	Označení měřidla
	teplota vody	11,10°C	V2108
	volný chlor	0,0 mg/l	V214
Poznámky (popis vzorku, teplota okolí apod.)	<i>[signature]</i> <i>[handwritten note]</i>		
	Měření provedl (jméno, podpis) Hoblíková <i>[signature]</i>		
Převoz/konzervace	automobil/termobox		